核種放射性元素測定結果報告書

No　Y1400758

発行日：　平成 26年 8月 11日

福島市南矢野目字下柳田６－８

株式会社羽田製麺　　様

〔ハ0004000〕

福島県登録第環７号計量証明事業所
福島市東浜町22番2号
電話 (024) 535-0183
FAX (024) 536-5123
株式会社環境分析研究所

平成 26年 8月 7日　ご依頼ありました試料についての測定結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	生中華麺		
採取日時	平成 26年 8月 7日　10時 00分	採取者	依頼者
測定方法	ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー		
測定機器	セイコー・イージーアンドジー㈱　SEG-EMS		
測定容器	マリネリ容器（2L）	測定者	小林　浩哉
備考			
特記事項	放射能濃度は、試料採取日時に半減期補正した値です。		

核　種	放射能濃度	基準値
ヨウ素131　（I-131）	検出せず（1 Bq/kg未満）	―
セシウム134（Cs-134）	検出せず（1 Bq/kg未満）	セシウムの合計 100Bq/kg
セシウム136（Cs-136）	検出せず（1 Bq/kg未満）	
セシウム137（Cs-137）	検出せず（1 Bq/kg未満）	
（以下余白）		